



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.100

Romnavn	Hvileplasser
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Avledet fra SRF.025.00
Sist endret	Sønnichsen, tina, 19. april 2023 14:17

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.100	Programmert 40,00
Prosj. romnr:	Prosjekttert 35,87	Forprosjekt aktivitet B
Bruksromnr	Høyde 0	04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
Romforklaring	4 plasser	Omkrets: 0
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:01	PG ansvar standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygg D1 - Bygg D1 Plan 01 - Plan 01 Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk (Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 058 - Hvilerom (Klassifikasjonssystemet)
		MMI (Prosjekttert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling.

Kirurgi, medisin osv.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	4 *	
Brukstid, normalt	07	til 22
Personer, maksimalt	4 *	7 d/u
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.100

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>	

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4 *	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.100

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	2		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	2				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
031.005.08	Undersøkelse- og behandlingsstol, hvile	4	Ja	Nei	GRU	RUT	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.281

Romnavn	Isolat, luftsmitte undersøkelse bronkoskopi
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Avledet fra SRF.175.33
Sist endret	Sønnichsen, tina, 26. april 2023 09:25

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.281	Programmert	35,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:		Prosjektert	35,83		dagbehandling og
Bruksromnr		Høyde	0		endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH -
Antall plasser	1			standardomskatalog -	prosjekteringsgruppe
Romforklaring	luftsmitte og pasient i anestesi			forprosjektfase ARH	
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Bygg	D6 - Bygg D6
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:22			Plan	01 - Plan 01
				Spesialrom	02 - Verifisering
				Delfunksjon	2A.10 - Poliklinikk
				(Klassifikasjonssystemet)	
				Romnavn	062.03 - Isolat, luftsmitte
				(Klassifikasjonssystemet)	
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse med bruk av bronkoskop.

Pasientovervåking.

Journaloptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør til korridor.

Bruk av anestesi, diatermi jfr. type skopiundersøkelse, må avklares.

Bronkoskopirom med luftsmitte funksjonalitet.

Mulighet for pasient i anestesi.

Spesielle forskriftskrav. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	3	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	6	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
----------------	-------	---------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.281

Beskrivelse

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Bad og sluse. *

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimme taklys og av/på lys over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>		Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.281

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Spesielle krav til trykk	<input checked="" type="checkbox"/> *	Undertrykk *

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	1				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Fra SRF.175.33

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.026.02	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
014.013	Endoskopirack	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001	Uttakssentral	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelleslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.02	Prosedyrevoagn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	1	Ja	Nei	MIT	RUT	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Endoskopi

Romfunksjonsnr: 04.01.281

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FSH.001.04	Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.02	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.137

Romnavn	Observasjonsplass, 7 plasser
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 02 - Dagbehandling / 03 - Hvileplasser
RFP status	Avledet fra SRF.025.00
Sist endret	Sønnichsen, tina, 19. april 2023 14:16

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 04.02.137	Programmert 70,00	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	Prosjektert 73,92	dagbehandling og
Bruksromnr	Høyde 0	endoskopi
Antall plasser 1	Omkrets: 0	PG ansvar NRH -
Romforklaring 7 plasser		standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell 04.05.2023 17:24:03		forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS		Bygg D1 - Bygg D1
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon 2A.14 - Dagområde
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 104 - Observasjonsplass
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Dagplass med hvilemulighet for pasient før, under og etter undersøkelse og/eller behandling.

Kirurgi, medisin, infusjonsbehandling osv.

Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	9 *	
Brukstid, normalt	07	til 22 7 d/u
Personer, maksimalt	9 *	
Varig arbeidsplass	<input checked="" type="checkbox"/> *	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.137

Elkraft

Belysning

Spesielle krav

Verdi Spesifikasjon

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg 1 Alle funksjoner

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensed vann 0

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask

Armaturløsning med lang hendel

Øyedusj

Nøddusj

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

Luftfuktighet

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer 9 *

Spesielle krav til trykk

Gasser

Inn til rommet

Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa 2

Instrumentluft, (800 kPa) 0

Teknisk trykkluft 0

Oksygen 2

Lystgass 0

CO2 0

Argon 0

Nitrogen 0

Flytende nitrogen 0

Propan 0

Hydrogen 0

Andre gasser 0

Ut fra rommet

Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug 0



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.02.137

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Avledet fra SRF.025.00

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.040	Multiparameterapparat, spot.check	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.001 * Avledet	Flowmeter O2	7	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.014.01 * Avledet	Sug, ejektor	7	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001 * Avledet	Infusjonsstativ, mobilt	7	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.005 * Avledet	Undersøkelse- og behandlingsstol	7	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.052 * Avledet	Tralle, PC (enkel)	2	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
091.007 * Avledet	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FXB.002	Stativ, hansker, hovedartikkel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003 * Avledet	Knagg, hovedartikkel	7	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006.03 * Avledet	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
GBA.007.01 * Avledet	Nattbord med plate b=430 b=560 h=X	7	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.010 * Avledet	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	6	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04 * Avledet	Stol, besøk u/armlene, stablebar	7	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004 * Avledet	Arbeidsstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005 * Avledet	Kontorstol, hovedartikkel	2	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001.01 * Avledet	Sykeromskanal, sengerom	7	Ja	Ja	BEL	RIE	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1
UPD.005 * Avledet	Lese- og pleielampe	7	Ja	Nei	BEL	RIE	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.092

Romnavn	Undersøkelse og behandling, mikroskopi og farging
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Unik
Sist endret	Sønnichsen, tina, 26. april 2023 14:08

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr: 04.01.092	Programmert 8,00	Forprosjekt aktivitet B 04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:	Prosjektert 6,88	dagbehandling og
Bruksromnr	Høyde 0	endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Omkrets: 0	PG ansvar NRH -
Antall plasser 1		standardomskatalog - prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell 04.05.2023 17:24:01		forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS		Bygg D6 - Bygg D6
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.21 - Undersøkelse og
		(Klassifikasjonssystemet) behandling, mikroskopi
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Mikroskopi/farging av preparater.

1 PC arbeidsplass.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	1	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører

Spesielle krav til døråpning	<input type="checkbox"/>
Glass i dør	<input type="checkbox"/>
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Dagslys	<input type="checkbox"/>
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>

Vinduer

Blending	<input type="checkbox"/>
----------	--------------------------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.092

Elkraft

Belysning

Spesielle krav

Verdi Spesifikasjon

IKT

Kommunikasjon og overvåking

Verdi Spesifikasjon

Pasientsignalanlegg

Lyd og bilde

Verdi Spesifikasjon

Høytalende samtaleanlegg
mellom rom

Teleslynge/hjelp for
hørselshemmede

Automasjon og sikkerhet

Automasjon

Verdi Spesifikasjon

Deteksjon, spesifiser

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær

Verdi Spesifikasjon

Tilkobling rensset vann

0

Sanitær

Verdi Spesifikasjon

Håndvask

Armatyr med lang hendel

Øyedusj

Nøddusj

Avløp

Verdi Spesifikasjon

Avløp i gulv

Varme, ventilasjon og inneklime

Varme, kjøling, luftfuktighet

Verdi Spesifikasjon

Spesiell romtemperatur

Luftfuktighet

Ventilasjon

Verdi Spesifikasjon

Gj.snitt ant pers i rommet over 2
timer

1

Spesielle krav til trykk

Gasser

Inn til rommet

Verdi Spesifikasjon

Medisinsk luft, 400 kPa

0

Instrumentluft, (800 kPa)

0

Teknisk trykkluft

0

Oksygen

0

Lystgass

0

CO2

0

Argon

0

Nitrogen

0

Flytende nitrogen

0

Propan

0

Hydrogen

0

Andre gasser

0

Ut fra rommet

Verdi Spesifikasjon

Gassutløp fra sug

0



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.092

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>	

Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
022.001	Sentrifuge	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
025.001	Mikroskop	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.102

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom ERCP
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Unik
Sist endret	Mølsæter, Bjørn Tore, 5. januar 2023 10:11

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.102	Programmert 56,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 55,28
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Antall plasser	1	PG ansvar
Romforklaring	pasient i anestesi	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:01	Bygg
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Plan
		Delfunksjon
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn
		(Klassifikasjonssystemet)
		Status (Programmert)
		04 Poliklinikk, dagbehandling og endoskopi
		NRH - prosjekteringsgruppe
		D6 - Bygg D6
		01 - Plan 01
		2A.10 - Poliklinikk
		175.13 - Undersøkelse og behandling, endoskopi
		dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelse. Pasientovervåking.

Samtale med pasient, journalopptak.

Rekv. av lab.prøver. Hente opp, se/lese digitalt røntgen/MR/CT-bilde. Av- og påkledn. pasient.

Pasienten skal kunne foreta av- og påkledning i rommet. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Det må kunne skjermes (manuelt) for innsyn fra evt. både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Lagringsplass for forbruksmateriell.

Håndvask personale.

Rommet kan også brukes til skopiundersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt 3

Brukstid, normalt

Personer, maksimalt 6

Varig arbeidsplass

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre

funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

Gjennomstikk/luke til andre rom

Skjerming mot innsyn

Generelt for rommet

Glassfelt i vegg til andre rom



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.102

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport
Glass i dør	<input type="checkbox"/>	
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>	Må vurderes

Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input type="checkbox"/>		Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	

Avløp	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	

Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	4	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.102

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	Ejektor i sykeromskanal
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	1				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
011.005	Gjennomlysning	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
012.028	Defibrillator	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
012.029	Infusjonspumpe	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
012.037	Anestesiapparat	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
014.004	Duodenoskop	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
014.013.02	Endoskopirack, gastro	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
014.015	Skopguide	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
015.001.01	Uttakssentral, anestesi	1	Ja	Ja	GRU	RUT	0
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
015.006.02	Oppheng, tak, monitor, 20-30"	1	Ja	Ja	MTU	RUT	0
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	0
017.001	Pasientovervåking, nivå 1 - lett	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	0
031.020	Akuttvogn med skuffer	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
031.021	Anestesivogn	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
037.003.01	Stativ for blyfrakker, mobilt	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
062.015.02	Sekkestativ, 4 hjul	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
073.003	Tralle, PC, hev-senk	1	Ja	Nei	MIT	RUT	0
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	1	Nei	Nei	FIT	IKT	0
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	2	Nei	Nei	FIT	IKT	0
FSH.001	Høyskap, kasse-bakke, hovedartikkel	4	Ja	Nei	FIN	ARK	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.102

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
KKD.001.04	Sykeromskanal, poliklinikk spesial	1	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.090

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom bronkoskopi
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Avledet fra SRF.175.33
Sist endret	Sønnichsen, tina, 3. may 2023 15:15

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.090	Programmert	30,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:		Prosjektert	26,92		dagbehandling og
Bruksromnr		Høyde:	0		endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH -
Antall plasser	1			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:01			Bygg	D6 - Bygg D6
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.03 - Undersøkelse og behandling, bronkoskopi
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journaloptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør til korridor.

Bruk av diatermi samt krav til evt. trykkhierarki jfr. type skopiundersøkelse, må avklares *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
	Evt WC og/eller omkledding	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.090

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimme taklys og av/på lys over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.090

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	1				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.175.33

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.026.02	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
014.013	Endoskopirack	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001	Uttakssentral	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.02	Prosedyrevogn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	1	Ja	Nei	MIT	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FSH.001.04	Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.02	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.090

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.095

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Avledet fra SRF.175.33
Sist endret	Sønnichsen, tina, 19. april 2023 14:03

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.095	Programmert 30,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 27,04
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Antall plasser	1	PG ansvar
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:01	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Romforklaring	pasient i anestesi	Bygg D1 - Bygg D1
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon 2A.10 - Poliklinikk
		(Klassifikasjonssystemet)
		Romnavn 175.13 - Undersøkelse og
		(Klassifikasjonssystemet) behandling, endoskopi
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journaloptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør til korridor.

Bruk av anestesi, diatermi samt krav til evt. trykkhierarki jfr. type skopiundersøkelse, må avklares.

Mulighet for pasient i anestesi. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	wc *
-------------------------------------	------



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.095

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimme taklys og av/på lys over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.095

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	1				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.175.33

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.026.02	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
014.013	Endoskopirack	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001	Uttakssentral	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.02	Prosedyrevogn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	1	Ja	Nei	MIT	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FSH.001.04	Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.02	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.095

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.280

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom endoskopi
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Avledet fra SRF.175.33
Sist endret	Sønnichsen, tina, 3. may 2023 15:11

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.280	Programmert	25,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:		Prosjektert	23,15		dagbehandling og
Bruksromnr		Høyde	0		endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH -
Antall plasser	1			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Romforklaring	tarmscreening			Bygg	D6 - Bygg D6
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Plan	01 - Plan 01
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:22			Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.13 - Undersøkelse og behandling, endoskopi
				MMI (Prosjektert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journaloptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør til korridor.

Bruk av diatermi samt krav til evt. trykkihierarki jfr. type skopiundersøkelse, må avklares *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
	wc *	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.280

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimme taklys og av/på lys over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.280

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	1				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.175.33

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.026.02	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
014.013	Endoskopirack	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001	Uttakssentral	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.02	Prosedyrevogn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	1	Ja	Nei	MIT	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FSH.001.04	Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.02	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.280

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.091

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom pustep prøver, blodprøver
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Unik
Sist endret	Sønnichsen, tina, 19. april 2023 13:57

Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Romfunksjonsnr:	04.01.091	Programmert 16,00
Prosj. romnr:		Prosjektert 16,01
Bruksromnr		Høyde 0
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets: 0
Antall plasser	1	PG ansvar
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:01	standardomskatalog - forprosjektfase ARH
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS	Bygg D6 - Bygg D6
		Plan 01 - Plan 01
		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 2A.10 - Poliklinikk
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 175.00 - Undersøkelse og behandling
		MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept
		Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Ikke-invasiv test for helikobakter (pustep prøver) og blodprøver for to pasienter.

Pasientovervåking.

Samtale med pasient.

Journaloptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Håndvask personale.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	2	
Brukstid, normalt	07	til 21
Personer, maksimalt	3	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.091

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport			
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Dagslys	<input checked="" type="checkbox"/>		Blending	<input type="checkbox"/>	
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input type="checkbox"/>	

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensset vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturlang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon	Nøddusj	Verdi	Spesifikasjon
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>	
Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	2	
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.091

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	1		Gassutløp fra sug	0	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	1				
Lystgass	0				
CO2	0				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom Unik

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal modelleres	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
016.001	Flowmeter O2	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
016.014.01	Sug, ejektor	2	Nei	Nei	MTU	RUT	0
021.048	Analysator Helikobakter (pusteprøve)	1	Ja	Nei	MTU	RUT	0
031.005	Undersøkelse- og behandlingsstol	2	Ja	Nei	GRU	RUT	0
031.023	Prøvetagningstralle	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	0
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	0
FXB.003.01	Knagg, dobbel	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GGB.010	Skjermvegg, pasienter, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	0
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	0
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	2	Ja	Ja	BEL	RIE	0
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	2	Ja	Nei	FIN	ARK	0
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	0



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.288

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom uro-/hysteroskopi
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Avledet fra SRF.175.33
Sist endret	Sønnichsen, tina, 3. may 2023 15:14

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.288	Programmert	25,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:		Prosjekttert	24,62		dagbehandling og
Bruksromnr		Høyde	0		endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH -
Antall plasser	1			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Bygg	D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:22			Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.00 - Undersøkelse og behandling
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journaloptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør til korridor.

Bruk av diatermi samt krav til evt. trykkhierarki jfr. type skopiundersøkelse, må avklares *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
	Evt WC og/eller omkledding	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.288

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimme taklys og av/på lys over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklimate

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.288

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	1				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.175.33

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.026.02	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
014.013	Endoskopirack	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001	Uttakssentral	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.02	Prosedyrevoagn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	1	Ja	Nei	MIT	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FSH.001.04	Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.02	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.288

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.284

Romnavn	Undersøkelse og behandling, spesialrom uroskopi
Plassering:	04 - Poliklinikk og dagbehandling / 01 - Poliklinikk / 02 - Endoskopi
RFP status	Avledet fra SRF.175.33
Sist endret	Sønnichsen, tina, 3. may 2023 15:13

Koding		Arealer		Grupper / Klassifiseringer / Status	
Romfunksjonsnr:	04.01.284	Programmert	25,00	Forprosjekt aktivitet B	04 Poliklinikk,
Prosj. romnr:		Prosjekttert	24,68		dagbehandling og
Bruksromnr		Høyde	0		endoskopi
Kapasitetsbærende rom (ja/nei)	Ja	Omkrets:	0	PG ansvar	NRH -
Antall plasser	1			standardomskatalog - forprosjektfase ARH	prosjekteringsgruppe
Modellnavn fra Revit	NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS			Bygg	D1 - Bygg D1
Dato synkronisert fra modell	04.05.2023 17:24:22			Plan	01 - Plan 01
				Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet)	2A.10 - Poliklinikk
				Romnavn (Klassifikasjonssystemet)	175.00 - Undersøkelse og behandling
				MMI (Prosjekttert)	200 - Ferdig konsept
				Status (Programmert)	dRO - Klar for medvirkning

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende prosedyrer og undersøkelse med bruk av endoskopi.

Pasientovervåking.

Journaloptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder.

Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på.

Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsoner.

Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale.

Oppbevaring av forbruksmateriell.

Håndvask ved dør til korridor.

Bruk av diatermi samt krav til evt. trykkhierarki jfr. type skopiundersøkelse, må avklares *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personer, normalt	3		
Brukstid, normalt	07	til 21	5 d/u
Personer, maksimalt	6		
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>		

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner	Verdi	Spesifikasjon
	Evt WC og/eller omkledding	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.284

Utforming/bygg

Vegger	Verdi	Spesifikasjon	Generelt for rommet	Verdi	Spesifikasjon
Gjennomstikk/luke til andre rom	<input type="checkbox"/>		Glassfelt i vegg til andre rom	<input type="checkbox"/>	
Skjerming mot innsyn	<input checked="" type="checkbox"/>				

Vinduer og Dører

Dører	Verdi	Spesifikasjon	Vinduer	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav til døråpning	<input checked="" type="checkbox"/>	Sengetransport	Blending	<input checked="" type="checkbox"/>	Øke lesbarhet på bildeskjermer
Glass i dør	<input type="checkbox"/>				
Automatisk døråpner	<input checked="" type="checkbox"/>				
Vinduer	Verdi	Spesifikasjon			
Dagslys	<input type="checkbox"/>				
Ikke vindu	<input type="checkbox"/>				

Elkraft

Belysning	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle krav	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimme taklys og av/på lys over arbeidsplass.

IKT

Kommunikasjon og overvåking	Verdi	Spesifikasjon	Lyd og bilde	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Alle funksjoner	Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselshemmede	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Automasjon	Verdi	Spesifikasjon
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>	

Vann og sanitær

Vannforsyning utover sanitær	Verdi	Spesifikasjon	Sanitær	Verdi	Spesifikasjon
Tilkobling rensed vann	0		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	Armaturløsning med lang hendel
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
Avløp	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				

Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet	Verdi	Spesifikasjon	Ventilasjon	Verdi	Spesifikasjon
Spesiell romtemperatur	<input type="checkbox"/>		Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer	3	
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>		Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>	



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.284

Gasser

Inn til rommet	Verdi	Spesifikasjon	Ut fra rommet	Verdi	Spesifikasjon
Medisinsk luft, 400 kPa	4		Gassutløp fra sug	1	
Instrumentluft, (800 kPa)	0				
Teknisk trykkluft	0				
Oksygen	4				
Lystgass	0				
CO2	1				
Argon	0				
Nitrogen	0				
Flytende nitrogen	0				
Propan	0				
Hydrogen	0				
Andre gasser	0				

HMS

Avfall	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				
Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon	Rengjøring	Verdi	Spesifikasjon
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>				
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>				

Utstyr i rom

Fra SRF.175.33

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
		modelleres					
012.013	Blodtrykksapparat, elektronisk	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.021	Diatermiapparat	1	Ja	Nei	MTU	RUT	1
012.026.02	Røykavsug, diatermi	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
012.029.03	Infusjonspumpe, sprøyte	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
014.013	Endoskopirack	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
015.001	Uttakssentral	1	Ja	Ja	GRU	RUT	1
015.003	Undersøkelseslampe	1	Ja	Ja	MTU	RUT	1
016.001	Flowmeter O2	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.003	Personvekt	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
016.005	Høydemåler, digitalt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
016.014.01	Sug, ejektor	1	Nei	Nei	MTU	RUT	1
031.001	Infusjonsstativ, mobilt	1	Nei	Nei	GRU	RUT	1
031.025	Undersøkelse- og behandlingsbenk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
031.027.02	Prosedyrevogn, poliklinikk	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.001	Trillebord, rustfritt stål	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
061.003	Modulbord	1	Ja	Nei	GRU	RUT	1
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	Nei	Nei	GRU	HF	1
073.003	Tralle, PC, hev-senk	1	Ja	Nei	MIT	RUT	1
090.001.03	PC, medisinsk godkjent	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
090.006.01.3	Skjerm, vegghengt, standard, 65"	1	Ja	Ja	FIT	IKT	1
091.007	Pakke, PC standard kontorløsning	1	Nei	Nei	FIT	IKT	1
FSH.001.04	Høyskap, kasse-bakke d=450 b=657 h=2100, glassdør	3	Ja	Nei	FIN	ARK	1
FXB.003.01	Knagg, dobbel	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
GBA.006	Arbeidsbord, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GGB.012	Skjermvegg, frittstående på gulv, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armle, stablebar	2	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.004	Arbeidsstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	Ja	Nei	INV	IARK	1
GSA.001.02	Skap kassebakke mobil, d=494 b=662 h=1803	1	Ja	Nei	FIN	IARK	1



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Endoskopi

Helse Sør-Øst RHF

Nye Aker

Romfunksjonsnr: 04.01.284

Artikkelnr	Artikkelnavn	Brutto	Skal	BIP	Budsjett	Ansvar	Prioritet
KKD.001.02	Sykeromskanal, poliklinikk standard	1	Ja	Ja	BEL	RIE	1
KSA.002.01	Veggskinne, utstyr	1	Ja	Nei	FIN	ARK	1
NYZ.001	Servant hovedartikkel	1	Ja	Ja	VVS	RIV	1